

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mua máy hút dịch, máy khí dung phục vụ trong công tác điều trị tại các khoa lâm sàng của bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La.

Đơn vị: Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Tiểu khu 17 - Thị trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 3843 070; Fax: 0212 743 876

1. Thông báo mời chào giá:

Kính mời: Các đơn vị có đủ khả năng, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu mua sắm thường xuyên, quy mô nhỏ < 100 triệu;

Cụ thể gói thầu: Mua máy hút dịch, máy khí dung phục vụ trong công tác điều trị tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La.

Loại gói thầu: Mua máy hút dịch, máy khí dung phục vụ trong công tác điều trị tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La chi tiết theo danh mục như sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy hút dịch	Các tính năng kỹ thuật: An toàn, ngăn ngừa trực tiếp do áp suất. Được trang bị với bơm hoạt động êm ái cho vận hành liên tục. Các phần bị nhiễm có thể được làm sạch và tiệt trùng dễ dàng. Ngăn ngừa bị nhiễm từ màng lọc được nối với máy để chống nhiễm bẩn bơm. Nguồn công suất: AC, 50/60Hz Dòng tiêu thụ: 0.015A Dải điều chỉnh áp lực hút: -3 ~ -20cmH2O Dung tích hút tối đa: 1.2l/phút và có thể hơn Dung tích bình hút: 1.400 ml; chế tạo bởi nhựa PolyCarbon. Kích thước và trọng lượng: (HxWxD): 332x375x150mm; 3.15kg	01	Máy

2	Máy xông khí dung	Kích thước: 276(rộng) x 243(cao) x 226(dày) mm - Nguồn điện tiêu thụ: 220VA. - Kích thước hạt khí: Khoảng 3 mm MMAD* (MMAD = đường kính trung bình khí động học) - Dung tích cốc tối đa: 7 ml - Tốc độ phun Khoảng 0,4 ml / phút (theo trọng lượng hao hụt) - Trọng lượng: Khoảng 2.2 kg (chỉ tính máy nén khí) - Kích thước 175 (rộng) x 110 (cao) x 215 (dày) mm (chỉ tính máy nén khí)	07	Máy
3	Máy xông khí dung siêu âm	Nguồn điện: AC, 50/60Hz Tiêu thụ điện: 40VA/39VA (50Hz/60Hz) Tần số siêu âm: 1.7MHz Tốc độ phun khí dung tối đa: 3.5mL/phút (tại dung tích lưu lượng khí (Air Flow) mức 3, phun khí dung (Nebulization) mức 5 0.7mL/phút (tại dung tích lưu lượng khí (Air Flow) mức 1, phun khí dung (Nebulization)mức 1 Kích thước partial hạt phun: MMAD 5.5µm Dung tích cốc đựng dung dịch: 100mL Dung tích nước kích hoạt: 200mL Tốc độ lưu thông khí tối đa: 16L/phút Đồng hồ hẹn giờ: 1~30 phút. & liên tục. Thiết bị an toàn: cảm biến mực nước, nắp quạt, cảm biến nhiệt Màn hình hiển lỗi: mực nước kích hoạt thấp, nhiệt độ nước kích hoạt cao Kích thước: rộng 260 x ngang 145 x cao 195mm Trọng lượng: 2.4kg (máy chính)	01	Máy

2. Thời hạn cung cấp: Trong 10 ngày kể từ ngày thông báo có hiệu lực.

3. Yêu cầu về kỹ thuật: Đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

4. Hồ sơ chào giá: Được ghi đầy đủ, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

5. Giá chào hàng: Phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, được chào bằng đồng tiền Việt Nam.

6. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị.

7. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói

8. Hình thức mua sắm: Chỉ định thầu rút gọn

9. Thời gian nhận báo giá: Các công ty tham gia gửi báo giá về Bệnh viện Phổi Sơn La từ 10 giờ 00 phút ngày 10/4/2025 đến 17 giờ ngày 19/04/2025.

10. Địa điểm: Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Tiểu khu 17 - Thị trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 3843 070; Fax: 0212 743 876

Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La, kính mời các hộ kinh doanh, công ty có đủ điều kiện gửi báo giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Các Công ty, Hộ KD;
- Lưu: VT, Dược.

GIÁM ĐỐC

Phạm Hùng Sơn